

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 133
Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:
Россия, 614042, г. Пермь, ул. Торговая, д.5а
Телефон, факс: (342) 283-71-93; e-mail: cgsn133@rambler.ru
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.513317

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ



О.В. Пузырева

17 декабря 2021 г.

МП



**Протокол
лабораторных испытаний**

№ 8030

от 17 декабря 2021 г.

1. Наименование и контактные данные заявителя: Общество с ограниченной ответственностью «ТриАктив», ИНН 5948046005, ОГРН 1155958001957, e-mail: info@triaktivbuh.ru
2. Юридический адрес заявителя: 614506 Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Водопроводная, 4/1
3. Фактический адрес заявителя: 614000 г. Пермь, ул Горького, 9, офис 17
4. Дата подачи заявления: 11.01.2021 г.
5. Наименование образцов испытаний (описание, однозначная идентификация, состояние образца испытаний (при необходимости):
 - напиток (Напиток из шиповника), дата изготовления 01.12.2021 г,
 - блюдо из мяса (Тефтели с рисом из говядины), дата изготовления 01.12.2021 г
6. Юридический адрес изготовителя: 614506 Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Водопроводная, 4/1
7. Фактический адрес изготовителя: 614000 г. Пермь. Ул Горького, 9, офис 17
8. Время и дата отбора образцов: 10 час. 15 мин., 01.12.2021 г.
9. Место отбора образцов: пищеблок ООО «ТриАктив» в МАОУ «СОШ № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми, корпус по адресу: г. Пермь, ул. Нефтяников, 6
10. Условия окружающей среды при отборе образцов, влияющие на интерпретацию результатов (при отборе специалистами ИЛЦ): не установлены
11. Ф.И.О., должность лица, отобравшего образцы испытаний: Е.А. Резвухина - помощник врача по коммунальной гигиене ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России.
12. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор образцов испытаний: Зимоглядова О.М., технолог
Время и дата получения образца: 13 час. 00 мин., 01.12.2021 г.
13. Дополнительные сведения: отбор образцов проведен согласно контракта № 08 Д от 11.01.2021 г
14. НД на метод отбора: ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб микробиологических испытаний»
15. Код образцов испытаний: 24716, 24717

Бактерии группы кишечных палочек (БГКП,колиформы) - не допускаются в 1,0 г;
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (бактерии рода Salmonella)- не допускаются в 25,0 г,
S. aureus (коагулазоположительный стафилококк) - не допускаются в 1,0 г.,

Тефтели с рисом из говядины - Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов -не более 1×10^3 КОЕ/г;
Бактерии группы кишечных палочек (БГКП,колиформы) - не допускаются в 1,0 г;
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (бактерии рода Salmonella)- не допускаются в 25,0 г,
S. aureus (коагулазоположительный стафилококк) - не допускаются в 1,0 г.,
Бактерии рода Proteus - не допускаются в 0,1 г

МП

